

附件 3

2023 年 2 月实验动物环境设施质量抽样检测结果

序号	单位名称	许可证号	设施类型	设施等级	检测结果
1	广东卫伦生物制药有限公司	SYXK（粤） 2021-0256	动物实验	屏障环境	合格
2	汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心	SYXK（粤） 2018-0129	动物实验	屏障环境	合格
				普通环境	合格
3	广州市药品检验所	SYXK（粤） 2018-0084	动物实验	屏障环境	合格
				普通环境	合格
4	广州海关技术中心	SYXK（粤） 2018-0086	动物实验	屏障环境	合格
				普通环境	合格
5	广东省疾病预防控制中心	SYXK（粤） 2018-0011	动物实验	屏障环境	合格
				普通环境	合格
6	康正检测服务股份有限公司	SYXK（粤） 2022-0198	动物实验	屏障环境	合格
				普通环境	合格
7	威科检测集团有限公司	SYXK（粤） 2020-0228	动物实验	屏障环境	合格
				普通环境	合格

注：依据国家标准《实验动物 环境及设施》（GB 14925-2010）进行检测。